



Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 938 842 038

Barcelona, 9 de gener de 2026

Resolució: 3/2026 (recurs N-2025-0641)

Vist el recurs especial en matèria de contractació interposat per J.P.L., en nom i representació de l'empresa BARNÀ IMPORT MÈDICA, SA, contra la resolució d'adjudicació dels lots AS05 i AS20 del contracte de subministrament de sabons, antisèptics i desinfectants, que tramita el CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ DE SABADELL (expedient 25SM0109P), a data d'avui, aquest Tribunal ha adoptat la resolució següent:

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. En data 29 de gener de 2025, es va publicar l'anunci de la licitació de l'acord marc de referència en el Diari Oficial de la Unió Europea –DOUE– S 20/2025 i en el perfil de contractant del CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ DE SABADELL (en endavant, CCSPT o òrgan de contractació). A través d'aquest últim es van posar a disposició dels interessats el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el plec de prescripcions tècniques (PPT), entre altra documentació contractual.

Segons la clàusula 1 del PCAP, l'objecte de la contractació és el subministrament de sabons, antisèptics i desinfectants per al CCSPT, que es licita per procediment obert, té una durada de 24 mesos anys prorrogable per als exercicis 2027, 2028 i 2029, i un valor estimat total de 799.927,28 euros.

Així mateix, l'objecte del contracte es troba dividit en 11 lots, sense obligació de licitar a tots als lots però sí a lots sencers.

SEGON. Segons consta a l'expedient administratiu, van concórrer a la licitació dels lots AS05 i AS20 –antisèptic per a mans i tovalloletes desinfectants, respectivament–, les empreses següents:



Doc. original signat per:
Maria Àngels Alonso Rodríguez
09/01/2026,
Maria Carmen Lucena Cayuela
09/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0HRA1PQIH6G6ZDERDGGH7L6QL7YCA

Data creació còpia:
09/01/2026 15:16:13

Pàgina 1 de 13



- **Lot AS05:**
 1. BARNA IMPORT MÈDICA, SA (des d'ara, BIMÈDICA o la recurrent).
 2. SALLÓ KYRA, SL (ara en endavant, SALLÓ).
- **Lot AS20:**
 1. BIMÈDICA.
 2. GAMA HEALTHCARE EUROPE, SL (en endavant, GAMA).
 3. ECOLAB HISPANO-PORTUGUESA, SL.
 4. DIVERSEY ESPAÑA, SL.

TERCER. Realitzats els tràmits corresponents, en data 9 de juliol de 2025, reunida la mesa de contractació un cop emès l'informe tècnic de valoració dels criteris subjectes a judici de valor, va acordar l'obertura dels sobres C relatius a les ofertes econòmiques i als criteris avaluable mitjançant fórmula automàtica (document núm. 18 de l'expedient administratiu).

Posteriorment, valorades les ofertes i efectuats els tràmits posteriors, mitjançant resolució de data 7 d'octubre de 2025, l'òrgan de contractació va adjudicar, entre altres, el lot AS05 a l'empresa SALLÓ i el lot AS20 a l'empresa GAMA.

L'avantdata resolució consta publicada al perfil del contractant del CCSPT i fou notificada a la recurrent en idèntica data, segons evidència que s'acompanya a la mateixa resolució d'adjudicació (document núm. 29).

QUART. En data 28 d'octubre de 2025, BIMÈDICA va interposar, davant del registre electrònic del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (des d'ara, el Tribunal), recurs especial en matèria de contractació contra la resolució d'adjudicació dels lots AS05 i AS20 de la contractació de referència.

En primer lloc, pel que fa al lot AS05, la recurrent al·lega que el producte ofert per l'empresa adjudicatària SALLÓ no compleix els requisits mínims establerts al PPT, atès que l'antisèptic de mans proposat no és lliure de colorants. En aquest sentit, sosté que de la fitxa tècnica aportada es desprèn la presència d'un colorant en la composició del producte.



Doc. original signat per:
Maria Àngels Alonso Rodríguez
09/01/2026,
Maria Carmen Lucena Cayuela
09/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0HRA1PQIH6G6ZDERDGGH7L6QL7YCA

Data creació còpia:
09/01/2026 15:16:13

Pàgina 2 de 13



D'altra banda, en relació amb el lot AS20, BIMÉDICA manifesta que la fitxa tècnica presentada per GAMA corresponent a les tovalloletes desinfectants no acredita l'activitat micobactericida conforme amb la norma EN 14348, tal com exigeix el PPT.

Per aquests motius, considera que les ofertes presentades per SALLÓ (lot AS05) i per GAMA (lot AS20) haurien d'haver estat excloses de la licitació i, en conseqüència, sol·licita l'anul·lació de la resolució d'adjudicació dels lots impugnats, amb retroacció de les actuacions, a fi que s'acordi l'adjudicació d'ambdós lots al seu favor.

CINQUÈ. En idèntica data, la Secretaria Tècnica del Tribunal va sol·licitar a l'òrgan de contractació la remissió de l'expedient de contractació i l'informe corresponent, d'acord amb la normativa d'aplicació.

En data 30 d'octubre de 2025, el CCSPT va trametre l'expedient de contractació i l'informe mitjançant el qual s'oposa als motius de recurs.

En particular, l'òrgan de contractació, en relació amb la impugnació del lot AS05 -antisèptic per a mans- manifesta que, a propòsit del recurs interposat, l'equip tècnic ha revisat la proposta de SALLÓ i l'autorització emesa per l'Agència Espanyola del Medicament i Producte Sanitari (AEMPS). D'aquesta revisió es desprèn que el producte conté determinades substàncies que podrien ser associades a colorants, circumstància que incompleix les prescripcions tècniques exigides. Per aquest motiu, l'òrgan de contractació s'aplana als motius d'impugnació adduïts per BIMÉDICA als efectes d'excloure a l'empresa SALLÓ.

Així mateix, pel que fa a les al·legacions dirigides a controvertir l'adjudicació del lot AS20 -tovalloletes desinfectants- el CCSPT sosté que, un cop revisada la característica tècnica impugnada del producte en qüestió, l'equip tècnic ha conclòs que les tovalloletes desinfectants presentades per GAMA s'adeqüen a les condicions exigides als plecs pel que fa a la seva activitat microbacteriològica conforme amb la norma EN 14348 o equivalent.

En aquest sentit, l'òrgan de contractació manifesta que el producte és idoni per a la finalitat requerida i que disposa del corresponent certificat CE, emès per un organisme extern, que acredita la seva conformitat amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris.

Per això, el CCSPT sol·licita l'estimació parcial del recurs.



Doc. original signat per:
Maria Àngels Alonso Rodríguez
09/01/2026,
Maria Carmen Lucena Cayuela
09/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0HRA1PQIH6G6ZDERDGGH7L6QL7YCA

Data creació còpia:
09/01/2026 15:16:13

Pàgina 3 de 13



SISÈ. Obert el període d'al·legacions a les parts interessades i als efectes de l'article 88.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, pel procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), van fer ús del tràmit SALLÓ –lot AS05- i GAMA –lot AS20-.

En concret, **SALLÓ** manifesta que la tonalitat visual del seu producte respon a una modificació òptica derivada del procés doble de desnaturalització de l'etanol com a conseqüència d'una concentració d'excipients de nivell irrelevant des de un punt de vista dermatològic i clínic. En aquest sentit, sosté que el desinfectant no incompleix les prescripcions del PPT atès que no suposa un risc per a la seguretat del pacient i, per tant, **s'oposa a la seva exclusió**.

Adicionalment, al·lega que va aportar mostres físiques del producte, així com tota la documentació tècnica exigida, de manera que en tot moment es va exposar la composició del producte i la seva tonalitat.

Per tot això, SALLÓ s'oposa al recurs presentat i a l'estimació parcial proposada per l'òrgan de contractació.

D'altra banda, GAMA addueix que el PPT preveu expressament, pel que fa a l'activitat micobactericida, la possibilitat d'aportar mètodes alternatius, sempre que acreditin una equivalència funcional i una eficàcia equiparable a la norma EN 14348.

En aquest ordre de consideracions exposa que el mètode ASTM E2362 presentat en les seves tovalloletes desinfectants s'ajusta a les característiques tècniques exigides, atesa la seva equivalència tècnica i funcional.

Per aquest motiu, GAMA sol·licita la desestimació del recurs.

FONAMENTS JURÍDICS

PRIMER. Aquest Tribunal resulta competent per conèixer del recurs especial en matèria de contractació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), la disposició addicional quarta de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres de la Generalitat de Catalunya i el Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal i s'aprova la seva organització i el seu funcionament (Decret 221/2013).



Doc. original signat per:
Maria Angels Alonso Rodríguez
09/01/2026,
Maria Carmen Lucena Cayuela
09/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0HRA1PQIH6G6ZDERDGGH7L6QL7YCA

Data creació còpia:
09/01/2026 15:16:13



SEGON. La licitació d'aquest contracte es tramita per un poder adjudicador, ve qualificat en els plecs com un contracte de subministrament, amb un valor estimat (VEC) total de 799.927,28 euros, dels quals 217.688,48 euros corresponen al lot AS05 i 95.066,40 euros al lot AS20.

D'acord amb aquestes dades, la contractació impugnada és susceptible del recurs especial en matèria de contractació, d'acord amb l'article 44.1 a) de la LCSP.

TERCER. El recurs s'interposa contra l'adjudicació dels lots AS05 i AS20, que és un acte objecte del recurs especial en matèria de contractació segons l'article 44.2 c) de la LCSP.

En aquest sentit, la interposició del recurs produeix *ope legis* l'efecte suspensiu de l'acte d'adjudicació dels lots impugnats, sense que calgui cap pronunciament exprés per part d'aquest Tribunal, de conformitat amb els articles 53 de la LCSP i 21.3 del Reial decret 814/2015, d'11 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual (RD 814/2015).

QUART. El recurs s'ha presentat dins del termini de quinze dies hàbils que estableix l'article 50.1 de la LCSP.

També s'ha presentat en forma, ja que compleix els requisits establerts a l'article 51.1 de la LCSP.

CINQUÈ. El Tribunal aprecia que la part recurrent té drets i interessos afectats per l'acte que impugna en la mesura que d'estimar-se el recurs podria aspirar a l'adjudicació dels lots impugnats, i, per tant, té la necessària legitimació activa, d'acord amb els articles 48 de la LCSP i 16 del Decret 221/2013.

La seva representació ha quedat acreditada per actuar en aquest procediment de recurs, de conformitat amb l'article 51.1 a) de la LCSP.

SISÈ. Amb caràcter previ, i atesa la pretensió de la part actora, aquest Tribunal es veu amb la necessitat de recordar, una vegada més, que la seva funció no és fiscalitzadora, qualificadora de documentació, valorativa d'ofertes ni adjudicadora del contracte, funcions que





corresponen únicament a l'òrgan de contractació, sinó que és estrictament revisora dels actes impugnats per tal de determinar si amb ells s'ha respectat la normativa, els principis de la contractació pública i els plecs que va aprovar l'òrgan de contractació per regir el procediment de contractació, les normes de procediment i la motivació dels actes, així com l'exactitud material dels fets i la inexistència d'error manifest d'apreciació o de desviació de poder.

Entrant, ara sí, en l'anàlisi del fons del recurs, el qual pivota al voltant de dos incompliments tècnics adduïts per la recurrent en relació amb les ofertes presentades als lots AS05 i AS20 per part de les empreses que van resultar classificades en primera posició, escau partir de les previsions contingudes als plecs rectors d'aquesta contractació, les quals en no haver-se impugnat han esdevingut, en aquest moment procedimental, *lex inter partes*.

Així les coses, respecte a les característiques tècniques dels lots impugnats, l'apartat 2 del PPT preveu les característiques tècniques genèriques per a tots els lots de la contractació en els termes següents (document núm. 8):

2. CARACTERISTIQUES TECNQUES DE LA CONTRACTACIO

2.1 GENÈRIC PER A TOTS ELS LOTS

Característiques mínimes:

Els materials sol·licitats en tots els lots han de complir necessàriament les característiques indicades a continuació:

- Tots els materials han de presentar la seva fitxa tècnica i de seguretat correctament actualitzada.
- Les fitxes de seguretat es revisaran i s'avaluaran en la fase de valoració tècnica dels productes. El producte podrà ser exclòs de la licitació en cas que tingui una perillositat no admissible per als tècnics de prevenció del CCSPT en quant a substàncies perilloses o nocives d'acord amb la normativa legal d'aplicació per aquestes productes i/o d'acord amb els criteris sobre prevenció de riscos establerts pel CCSPT.
- Seran nous i amb marcat CE quan resulti legalment exigible.
- L'emmagatzematge i manipulació dels articles sol·licitats es farà seguint les recomanacions del fabricant des de la sortida de fàbrica fins a l'arribada al nostre magatzem.
- Tots els articles s'hauran de subministrar degudament embalats, amb les proteccions corresponents si s'escau i precintats per al correcte tancament de la caixa o recipient de transport.
- En tots els lots existeixen intervals de format de quantitat admesos, en cas de diferència superior al 5% amb el format demanat es realitzarà el càlcul econòmic per unitat de mesura.

Adicionalment, quant a les **prescripcions tècniques del lot AS05 –antisèptic per a mans–**, el PPT determina:



Doc. original signat per:
Maria Àngels Alonso Rodríguez
09/01/2026,
Maria Carmen Lucena Cayuela
09/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0HRA1PQIH6G6ZDERDGGH7L6QL7YCA

Data creació còpia:
09/01/2026 15:16:13

2.1.2 LOT AS05 Antisèptic per a mans

- Producte de base alcohòlica amb protecció dèrmica per a la desinfecció higiènica i pre-quirúrgica de les mans.
- Diferents envasos, de 100ml ($\pm 25\%$), 500ml ($\pm 25\%$) i de 1000ml ($\pm 10\%$)
- Aplicable per fricció, bactericida, fungicida, tuberculicida, preventiu enfront virus HBV, HIV i rotavirus.
- Amb dermoprotectors i dermatològicament testat.
- Inclou vàlvula dosificadora o tap dosificador.
- **Lliure de colorants.**
- Compleixen la normativa EN 12791.
- Antisèpsia de mans EN 1500 en 30 segons.
- Bactericida; compliment norma EN13727 o equivalent en 30 segons.
- Microbactericida; compliment norma EN14348 o equivalent en 30 segons.
- Fungicida; compliment norma EN13624 o equivalent en 30 segons.
- Virucida; compliment norma EN14476 o equivalent.
- El producte ha de tenir el Registre AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) com a Biocida TP1.
- L'envàs ha d'ajustar-se, sense ser manipulat, a la base del suport actual.
- Es podrà sol·licitar al departament de compres, veure i mesurar els suports actuals.
- En cas que no s'ajusti l'envàs al suport actual, es podrà proposar una modificació dels suports actuals que sigui consensuada amb els responsables del contracte.
- En cas que no s'ajusti i no sigui possible la modificació, el proveïdor haurà de:
 - Fer-se càrrec de proporcionar i instal·lar els suports adequats al seu producte.
 - Fer-se càrrec de la substitució dels actuals pels nous. Actualment el CCSPT disposa aproximadament de 1.300un. del suport de l'envàs de 500ml i 60un. del suport de l'envàs de 1000ml. El suport de l'envàs de 1000ml ha de permetre l'accionament amb el colze.
 - Fer-se càrrec dels desperfectes que es puguin ocasionar pel canvi de model de suport i deixar uns acabats correctes, supervisats pel nostre equip de manteniment.
- Per reposició de suports malmesos, l'Hospital podrà disposar de suports nous, sense càrrec, fins a un màxim anual de 70 unitats per al format de 500ml i 2 unitats pel format de 1000 ml accionat amb el colze.
- El proveïdor adjudicatari durant la vigència del contracte cedirà a l'hospital el següent material:
 - 2 dispositius de taula portàtils amb llum UV per a la formació en higiene de mans.
 - 60 unitats de solució amb contrast per a l'avaluació de la higiene de mans.

I, respecte al lot AS20 –tovalloletes desinfectants-, l'avantdit apartat del PPT estableix les característiques tècniques que s'extracten a continuació:

2.1.7 LOT AS20 Tovalloletes desinfectants

- Pack 200 un. Tovalloletes impregnades sense alcohol per a la desinfecció i neteja de superfícies.
- S'admetrà que el paquet pugui ser de 100 unitats, si es dona el cas, l'empresa licitadora haurà de tenir en compte que l'oferta és pel doble d'unitats de la que s'indica. En cas que no es respecti aquest punt es realitzarà el càlcul per a preu unitari de cada tovallola.
- Formulació innòcua.
- **Bactericida; compleix norma EN 13727, EN 13697, EN 16615 o equivalents.**
- **Microbactericida; compleix la norma EN 14348 o equivalent.**
- Fungicida; compleix la norma EN 13624 o equivalent.
- Virus; compleix la norma EN 14476 SARS CoV-2, HIV, Hepatitis C.
- Mesures aproximades de 20x27.5cm.
- Producte sanitari Classe IIa.



Doc. original signat per:
Maria Àngels Alonso Rodríguez
09/01/2026,
Maria Carmen Lucena Cayuela
09/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0HRY1PQIH6G6ZDERDGGH7L6QL7YCA

Data creació còpia:
09/01/2026 15:16:13



De tot l'exposat anteriorment, es desprèn que el PPT determina les característiques tècniques que, necessàriament, han de complir tots els productes que integren els lots objecte de la licitació. En aquest sentit, els materials proposats havien d'anar acompanyats de la corresponent fitxa tècnica i de seguretat actualitzada als efectes de la seva revisió i avaluació durant la fase de valoració tècnica dels productes.

Adicionalment, l'avantdit apartat del PPT preveu, pel que fa al lot AS05, entre altres requisits tècnics, que els antisèptics de mans proposats estiguin lliures de colorants i, quant al lot AS20, que les tovalloletes desinfectants compleixin la norma EN14348 o equivalent pel que fa a la seva activitat microbactericida.

D'altra banda, continuant amb l'anàlisi dels plecs, l'annex IV del PCAP –criteris d'adjudicació per a la contractació del subministrament- incorpora, pel que fa a la valoració tècnica –qualitat dels productes, el següent:

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL SUBMINISTRE DE SABONS, ANTISÈPTICS I
DESINFECTANTS 25SM0109P

CRITERIS DE VALORACIÓ DEPENDENTS D'UN JUDICI DE VALOR
SOBRE B

Màxim 20 punts (Lots AS01, AS06, AS31)
Màxim 25 punts (Lots AS08, AS19, AS27, AS33)
Màxim 30 punts (Lots AS05, AS11, AS20)
Màxim 35 punts (Lot AS22)

VALORACIÓ TÈCNICA - QUALITAT

En primer lloc, es valorarà el compliment dels requeriments bàsics exigits en el plec de prescripcions tècniques, quan una proposició no compleixi aquests requeriments, quedarà desestimada.

Així, als efectes de valoració dels criteris subjectes a un judici de valor –sobre B- l'equip tècnic havia de valorar, primerament, el compliment dels requisits bàsics exigits al PTT. En aquest context, la proposició que no complia les condicions tècniques extractades quedava desestimada.

Doncs bé, del conjunt de previsions extractades *ut supra*, s'observa com en relació amb el lot AS05 s'estableix com a requisit d'obligat compliment que l'antisèptic de mans proposat sigui lliure de colorants i, pel que fa al lot AS20 que les tovalloletes desinfectants disposin d'una activitat micobactericida conforme a la norma EN14348 o equivalent.



Doc. original signat per:
Maria Àngels Alonso Rodríguez
09/01/2026,
Maria Carmen Lucena Cayuela
09/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0HRA1PQIH6G6ZDERDGGH7L6QL7YCA

Data creació còpia:
09/01/2026 15:16:13



En aquest ordre de consideracions, el PPT i l'annex IV del PCAP estableixen que les ofertes han d'incorporar les fitxes tècniques i de seguretat dels productes per tal que l'equip tècnic revisi i valori, per una banda, l'adequació del producte als requisits tècnics d'obligat compliment i, per l'altra, la seguretat del producte per al pacient quant a la valoració de la presència de substàncies perilloses o nocives en la seva composició. En aquest sentit, **els plecs preveuen l'exclusió d'aquelles ofertes que no compleixin les característiques tècniques bàsiques previstes al PPT i/o els tècnics del CCSPT determinin que el material proposat conté substàncies perilloses.**

Arribats a aquest punt, un cop analitzats els plecs, escau examinar el contingut de les ofertes presentades per SALLÓ i GAMA als lots en qüestió, concretament, les fitxes tècniques i de seguretat presentades en relació amb els productes proposats per ambdues empreses.

En aquest ordre de consideracions, l'oferta presentada per SALLÓ al sobre B del lot AS05 inclou, entra altra documentació: (i) les autoritzacions de comercialització emeses per a la AEMPS corresponent a l'antisèptic proposat; (ii) la fitxa tècnica del producte; (iii) la fitxa amb les dades de seguretat de l'antisèptic, i (iv) el model de proposta tècnica (document núm. 41).

D'escriu, **aquest Tribunal copsa com, de l'examen de la composició del producte que apareix a l'autorització de comercialització emesa per l'AEMPS, *prima facie*, apareix en la formulació una substància de color blau brillant en una quantitat de 0,0004%. Addicionalment, a l'apartat "datos físico-químicos" de la fitxa tècnica del producte es descriu l'aparença del producte com un "líquido transparente verde claro".**

D'altra banda, quant a l'oferta presentada per GAMA al sobre B corresponent al lot AS20, incorpora entre altres documents: (i) el model de proposició tècnica; (ii) la llicència d'importador expedida per l'AEMPS a favor de GAMA; (iii) la memòria descriptiva del producte; (iv) la fitxa tècnica de les tovalloletes proposades, i (v) la fitxa de dades de seguretat.

En aquest sentit, aquest Tribunal observa que el contingut de la memòria descriptiva del producte incorpora, com a característica tècnica, la seva condició de micobactericida conforme amb la norma EN 1438 o equivalent. Així mateix, a l'apartat relatiu a l'activitat antimicrobiana pel que fa a les micobacteries s'hi fa constar, *in actu oculi*, la referència a *Mycobacterium bovis* conforme a la norma EN 14348:2005, amb l'afegit que ha estat aprovada per l'organisme notificat de l'UE per a dispositius mèdics, així com una segona referència a la norma ASTM E2362-15.



Doc. original signat per:
Maria Àngels Alonso Rodríguez
09/01/2026,
Maria Carmen Lucena Cayuela
09/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0HRA1PQIH6G6ZDERDGGH7L6QL7YCA

Data creació còpia:
09/01/2026 15:16:13

Pàgina 9 de 13



Ultra això, l'informe tècnic de valoració dels criteris subjectes a judici de valor –sobre B– incorpora les observacions sobre la valoració del compliment dels requisits tècnic obligatòries en relació als lots AS05 i AS20 que s'extracten seguidament:

LOT AS05 ANTISÈPTIC PER A MANS

D'acord amb l'establert en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT), es requereix que l'ampolla de solució hidroalcohòlica d'1 litre sigui compatible amb el suport proposat o existent, sense necessitat de manipulació prèvia per al seu ús a l'àmbit quirúrgic.

Aquesta condició es considera essencial per garantir la seguretat, l'eficiència i la higiene en l'àmbit quirúrgic. L'empresa **Ecolab Hispano-Portuguesa, S.L.** presenta una proposta que no compleix aquest requisit, ja que l'ampolla ha de ser manipulada per poder col·locar-se o utilitzar-se amb el suport, contravenint així el que disposa el PPT. Per aquest motiu l'empresa queda exclosa de la licitació per aquest lot.

Les empreses presentades restants, compleixen tots els requisits tècnics exigits en el Plec de Prescripcions Tècniques per a la contractació d'aquest lot i passen a ser valorades en l'Annex de valoració dels criteris subjectius.

Un cop valorada tècnicament la proposta de la empresa **Proderpharma, S.L.** no assoleix el llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula, establert en 21 punts. Per aquest motiu no passa a la següent fase de valoració.

/.../

LOT AS20 TOVALLOLETES DESINFECTANTS

Les empreses **Diversey España, S.L.** i **Vesismín, S.L.U.** no adjunten documentació que acrediti el compliment de la norma EN 14348 o equivalent, considerada d'obligatori compliment, per aquest motiu aquestes empreses queden excloses de la licitació per aquest lot.

La resta d'empreses presentades compleixen tots els requisits tècnics exigits en el Plec de Prescripcions Tècniques per a la contractació d'aquest lot i passen a ser valorades en l'Annex de valoració dels criteris subjectius.

Així, l'informe emès per l'equip tècnic, pel que fa a la valoració del compliment dels requisits tècnics exigits en ambdós lots, conclou que excepte les ofertes presentades per les empreses **Ecolab Hispano-Portuguesa, SL (lot AS05)**, **Diversey España, SL (lot AS20)** i **Vesismín, SLU (lot AS20)**, la resta d'ofertes presentades s'ajusten a les exigències del PPT. En conseqüència, el comitè tècnic va considerar que les ofertes presentades per **SALLÓ** i **GAMA** s'ajustaven als requisits establerts al PPT.

En síntesi, del conjunt de previsions analitzades *ut supra*, en conjuminació amb el contingut de les fitxes tècniques i la resta de documentació incorporada a les ofertes presentades al sobre B per part de les empreses que van resultar adjudicatàries als lots impugnats, així com l'informe emès per l'equip tècnic relatiu a la valoració del compliment dels productes proposats respecte de les característiques bàsiques exigides al PPT, aquest Tribunal constata que els plecs estableixen que l'incompliment de les característiques bàsiques previstes al PPT constitueix causa d'exclusió de les ofertes.



Doc. original signat per:
Maria Àngels Alonso Rodríguez
09/01/2026,
Maria Carmen Lucena Cayuela
09/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0HRA1PQIH6G6ZDERDGGH7L6QL7YCA

Data creació còpia:
09/01/2026 15:16:13



En aquest sentit, l'equip tècnic, amb caràcter previ a la valoració dels criteris subjectes a judici de valor, havia de verificar si les ofertes presentades complien les prescripcions tècniques obligatòries i, en cas contrari, procedir a la seva exclusió.

En aquest context, escau recordar que és **doctrina reiterada** aquella segons la qual resulta procedent l'exclusió d'una oferta quan presenti un incompliment exprés, clar i palmari de les clàusules dels plecs, de manera que no hi hagi cap mena de dubte que l'oferta és incongruent o s'hi oposa obertament a les condicions de la licitació, contradiu o no es correspon amb l'objecte del contracte o impedeix la seva finalitat, i no és possible efectuar-ne una interpretació favorable sobre el seu compliment o ajust (entre moltes altres i les que s'hi porten a col·lació, les resolucions 349/2025, 227/2023, 277/2022, 257/2021, 108/2021, 84/2021, 47/2021 i 5/2021 d'aquest Tribunal, 26/2023, 145/2022, 282/2022, 1564/2021 i 608/2021 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales i l'Acord 6/2023 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón).

Dit això, pel que fa a l'incompliment atribuït per la recurrent a l'antisèptic de mans proposat per SALLÓ en el lot AS05, relatiu a la condició tècnica d'estar lliure de colorants, cal tenir en compte que l'òrgan de contractació ha admès, a la vista del recurs presentat, l'error en la valoració del compliment per part de l'oferta presentada per SALLÓ d'aquesta característica tècnica d'obligat compliment, consistent en el fet que el producte fos lliure de colorants.

Aquest aplanament expressat per l'òrgan de contractació ha de conduir al Tribunal a l'estimació del recurs en aquest motiu, en la mesura que no s'apreciï manifestament contrari a l'ordenament jurídic, tal com ha estat el criteri mantingut per aquest Tribunal en supòsits similars (per totes, les resolucions 54/2025, 83/2025, 106/2025, 111/2025, 431/2024, 129/2024, 487/2023, 125/2023 i 86/2023), per aplicació integradora de la regulació continguda en l'article 75 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (entre moltes altres, les resolucions 513/2023, 118/2023, 59/2023, 19/2023, 277/2022, 225/2022, 214/2021, 193/2021, 174/2021 i 210/2019 del TACRC).

En efecte, en el cas examinat, de la documentació presentada per SALLÓ amb la finalitat d'acreditar el compliment dels requisits tècnics bàsics es desprèn la presència en la composició del producte d'una substància que, *prima facie*, presenta una coloració blau brillant (vid. pàgina 2 del document núm. 41). Aquesta circumstància no permet apreciar que l'antisèptic proposat s'ajusti a les exigències del PPT en els termes previstos per la qual cosa correspon estimar el recurs interposat per BIMÉDICA pel que fa a l'adjudicació del lot AS05



Doc. original signat per:
Maria Àngels Alonso Rodríguez
09/01/2026,
Maria Carmen Lucena Cayuela
09/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0HRA1PQIH6G6ZDERDGGH7L6QL7YCA

Data creació còpia:
09/01/2026 15:16:13

Pàgina 11 de 13



davant l'aplanament al recurs per part del CCSPT, el qual no s'aprecia contrari a l'ordenament jurídic, segons s'ha exposat anteriorment.

D'altra banda, en relació amb la impugnació de l'adjudicació del lot AS20, aquest Tribunal no pot acollir les al·legacions de la recurrent mitjançant les quals sosté que el producte presentat per GAMA no s'ajusta a la prescripció tècnica consistent a acreditar activitat microbacteriana conforme a la norma EN14348:2005 o equivalent tota vegada que de la documentació presentada al sobre B aquest Tribunal copsa, *prima facie*, com la fitxa tècnica del producte i la declaració europea de conformitat incorporen referències en relació amb l'eficàcia antimicrobiana de les tovalloletes desinfectants proposades d'acord amb la norma EN 143848:2005 i el mètode d'assaig ASTM E2362, circumstància que no s'observa contrària a les exigències dels plecs en la mesura que de la documentació presentada per GAMA l'equip tècnic ha reconegut que acredita una eficàcia microbiològica equivalent, vàlida i suficient per a la finalitat requerida quant a l'activitat bactericida (*vid.* pàgines 23 i 45 del document núm. 45).

Així doncs, de la documentació presentada per GAMA en conjuminació amb les previsions del PPT, no es dedueix la causa d'exclusió invocada, circumstància que aboca a aquest Tribunal a la desestimació d'aquest motiu de recurs dirigit contra el lot AS20.

D'acord amb l'exposat i vistos els preceptes legals d'aplicació, reunit en sessió, aquest Tribunal

ACORDA

- 1.- Estimar, davant l'aplanament de l'òrgan de contractació, el recurs especial en matèria de contractació interposat per J.P.L., en nom i representació de l'empresa BARNÀ IMPORT MÈDICA, SA, contra la resolució d'adjudicació del lot AS05 del contracte de subministrament de sabons, antisèptics i desinfectants, que tramita el CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ DE SABADELL (expedient 25SM0109P), d'acord amb el fonament jurídic sisè.
- 2.- Desestimar el recurs especial en matèria de contractació interposat per J.P.L., en nom i representació de l'empresa BARNÀ IMPORT MÈDICA, SA, contra la resolució d'adjudicació



Doc. original signat per:
Maria Àngels Alonso Rodríguez
09/01/2026,
Maria Carmen Lucena Cayuela
09/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0HRA1PQIH6G6ZDERDGGH7L6QL7YCA

Data creació còpia:
09/01/2026 15:16:13

Pàgina 12 de 13



del lot AS20 del contracte de subministrament de sabons, antisèptics i desinfectants, que tramita el CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ DE SABADELL (expedient 25SM0109P).

3.- Aixecar la suspensió automàtica de l'adjudicació dels lots AS05 i AS20 del contracte prevista a l'article 53 de la LCSP, a l'empara del que disposa l'article 57.3 del mateix cos legal.

4.- Declarar que no s'aprecia la concurrència de temeritat o mala fe en la interposició del recurs, per la qual cosa no escau la imposició de la sanció prevista en l'article 58.2 de la LCSP.

5.- Indicar a l'òrgan de contractació que, d'acord amb l'article 57.4 de la LCSP, haurà de donar compte al Tribunal de les actuacions que adopti per donar compliment a aquesta resolució.

6.- Notificar aquesta resolució a totes les parts.

Aquesta resolució posa fi a la via administrativa i és directament executiva sense perjudici que es pugui interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, de conformitat amb el disposat en els articles 10.1 k) i 46.1 de la Llei 29/1998, i en l'article 59 de la LCSP.

Aprovat per unanimitat dels membres del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en la sessió de 9 de gener de 2026.

Vist i plau

M. Àngels Alonso Rodríguez
Secretària

Carme Lucena Cayuela
Presidenta



Doc. original signat per:
Maria Àngels Alonso Rodríguez
09/01/2026,
Maria Carmen Lucena Cayuela
09/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0HRA1PQIH6G6ZDERDGGH7L6QL7YCA

Data creació còpia:
09/01/2026 15:16:13

Pàgina 13 de 13